

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá cho Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đợt 1 năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ngô Thị Kim Loan - Số điện thoại: 0905659559
Email: khoaduocbvm2024@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 14 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 25 tháng 02 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25/02/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục mời báo giá: Theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Hồ sơ báo giá được niêm phong trong bì kín bao gồm:
 - Biểu mẫu báo giá : Theo Phụ lục 2 đính kèm.
 - Hồ sơ sản phẩm (Giấy phép lưu hành/Giấy phép nhập khẩu...)
 - Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá.
 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D theo quy định.
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp báo giá.

Giá báo giá của hàng hóa mới 100%, đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác.

Báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu đơn vị, ghi rõ hiệu lực của báo giá.


Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bảng báo giá.


Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website);
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Thị Ngọc Ánh

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 109/TB-BVM ngày 14/02/2025 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. - Lắp sẵn trong injector. - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	2.400
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, 4 càng. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. - Lắp sẵn trong injector. - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	1.200
3	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lọc tia UV, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. - Lắp sẵn trong injector. - Xuất xứ: G7 hoặc EU. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	600
4	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kéo dài tiêu cự (EDOF)	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước hoặc hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngâm nước). - Công nghệ kéo dài tiêu cự (EDOF). - Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	120
5	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, chất liệu Acrylic kỵ nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ, phi cầu. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong khoảng từ +1.5D đến +2.17D. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	240

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
6	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, chất liệu hỗn hợp	- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngâm nước). - Thiết kế bề mặt vùng quang học: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ, phi cầu. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong khoảng từ +1.5D đến +2.17D. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	240
7	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, chất liệu Acrylic kỵ nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ, phi cầu. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	240
8	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, chất liệu hỗn hợp	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngâm nước). - Thiết kế bề mặt vùng quang học: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ, phi cầu. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	120
9	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, khúc xạ	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước hoặc hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngâm nước). - Thiết kế bề mặt vùng quang học: khúc xạ toàn phần không đối xứng, phi cầu. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	60
10	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: giúp tăng cường thị lực trung gian, phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	cái	960



Phụ lục 2
MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 109 /TB-BVM ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số ... /TB-BVM ngày ... tháng ... năm ... của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng liên quan:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Model	Mã HS (nếu có)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1											
2											
3											
4											
5											

2. Báo giá này có hiệu lực: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25/02/2025.

Giá báo giá của hàng hóa mới 100%, đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác.

3. Chúng tôi cam kết :

*Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

*Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

*Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày ... tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên và đóng dấu)

