

Số: 986/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 1 mảnh chất liệu acrylic kỵ nước sử dụng trong 06 tháng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
DS Trần Văn Đức – Phụ trách khoa Dược:
Số điện thoại: 0935318235 Email: vanducsy@gmail.com
DS Phan Thị Minh Hà – Nhân viên khoa Dược:
Số điện thoại: 0702761859 Email: phanminhhabvm@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 11 năm 2023 đến trước 08h ngày 21 tháng 11 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư y tế yêu cầu thẩm định giá: Theo phụ lục đính kèm
- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở mua sắm đấu thầu
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Bảng báo giá (có nêu rõ thời gian, tiến độ thực hiện công việc);
 - Công văn đề nghị tham gia;
 - Hồ sơ năng lực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, KD, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
MẮT
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Khôi



Phụ lục

Danh mục vật tư y tế yêu cầu thẩm định giá

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 986/TB-BVM ngày 15 tháng 1 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông số liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp đặt sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước. - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh bởi chất Chromophore (màu vàng). - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Lắp đặt sẵn trong cartridge.	Cái	1.200
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, kèm theo dụng cụ đặt kính	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước. - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh bởi chất Chromophore (màu vàng). - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	Cái	1.200
3	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc tia UV, lắp đặt sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước. - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$.	Cái	600



Handwritten signature and initials.

		- Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Lắp đặt sẵn trong cartridge.		
4	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc tia UV, kèm theo dụng cụ đặt kính	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước. - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	Cái	600

