

Số: 238/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn
lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT**

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho Gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đợt 2 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ngô Thị Kim Loan - Số điện thoại: 0905659559

Email: khoaduocbvm2024@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 26 tháng 8 năm 2025 đến 17h00 ngày 05 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05/9/2025.

II. Thông tin gói thầu

1. Tên gói thầu: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đợt 2 năm 2025.

2. Giá trị dự toán dự kiến: 11.626.200.000VND

(Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng).

3. Danh mục hàng hóa của gói thầu: Phụ lục 2 đính kèm.

4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

5. Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2025.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, xét theo từng phần.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.



III. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ:

Stt	Danh mục	Yêu cầu của dịch vụ
1	Lập E-HSMT	Thực hiện lập E-HSMT, trình duyệt E-HSMT, đề xuất với Chủ đầu tư phương án xử lý tình huống trong công tác xây dựng E-HSMT,...
2	Đánh giá E-HSDT	Đánh giá E-HSDT, lập báo cáo đánh giá E-HSDT, đề xuất với Chủ đầu tư phương án xử lý tình huống trong quá trình đánh giá E-HSDT, đăng tải báo cáo đánh giá E-HSDT, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,...

2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian lập E-HSMT: dự thảo E-HSMT được lập trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng, trong quá trình Chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Thời gian đánh giá E-HSDT: tối đa 15 ngày (kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến gói thầu).

3. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá (theo Phụ lục 1 đính kèm) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác có liên quan theo quy định.
- Báo giá (bản giấy) phải được đại diện hợp pháp của công ty ký tên và đóng dấu; ghi rõ ngày, tháng, năm phát hành báo giá (đóng dấu giáp lai nếu có 02 trang trở lên).
- Yêu cầu về hồ sơ pháp lý:
 - + Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (có đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, chứng chỉ hành nghề,...)
 - + Có trụ sở làm việc, địa chỉ rõ ràng.
- Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:
 - + Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 - + Có kinh nghiệm trong tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm vật tư y tế (có hợp đồng tương tự kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website BV);
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, KD, TMS1.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Ngọc Ánh



PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 238 /TB-BVM ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ

STT	Tên dịch vụ	Nội dung công việc	Đơn giá	Thành tiền
1				
2				
..				
Tổng cộng				

(Số tiền bằng chữ:)

2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

3. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác có liên quan theo quy định.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu.


- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)



PHỤ LỤC 2
DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA GÓI THẦU
MUA SẮM THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐỢT 2 NĂM 2025
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 238 /TB-BVM ngày 26 tháng 8 năm 2025
của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngâm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Bờ vuông 360⁰. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2,8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: G7 hoặc EU. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	2.400
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc tia UV	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngâm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Bờ vuông 360⁰. - Lọc tia UV, màu trắng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2,8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: G7 hoặc EU. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	600
3	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu Copolymer, lọc ánh sáng xanh	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Copolymer (Acrylic kỵ nước và Acrylic ưa nước). - Bờ vuông. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2,8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30,0D.	Cái	600



STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: G7 hoặc EU. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.		
4	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Đặc điểm còng: 2 còng, chất liệu PMMA. - Đường kính vùng quang học $\geq 5,5\text{mm}$. - Chiều dài thủy tinh thể $\geq 12,5\text{mm}$. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 3,0\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: G7, EU, Thái Lan, Indonesia. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	1.620

