

Số: 269/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc mời chào giá: Dịch vụ thẩm định giá thủy tinh thể
cho Gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 3 mảnh
và đa tiêu cự năm 2023**

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng kính mời các công ty có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá, cụ thể như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm
- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu
- Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị tham gia, Báo giá, Hồ sơ năng lực, tiến độ thực hiện công việc.

Báo giá được niêm phong trong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược- Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận báo giá : Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 24/04/2023

gửi

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: Ds Đức 0935318235 hoặc Ds Hà 0702761859


Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web Bệnh viện
- Lưu: VT, KD, TMS.



Nguyễn Văn Khôi



DANH MỤC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 269/TB-BVM ngày 13 tháng 4 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Phân nhóm	Đơn vị	Số lượng mua sắm
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh. - Chất liệu optic: acrylic kỵ nước. - Đường kính optic $\geq 6.0\text{mm}$. - Đường kính tổng (hoặc tổng chiều dài) $\geq 12.5\text{mm}$. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 3.0\text{mm}$. - Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	1	cái	750
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, dải độ thấp	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh. - Chất liệu optic: acrylic kỵ nước. - Đường kính optic $\geq 6.0\text{mm}$. - Đường kính tổng (hoặc tổng chiều dài) $\geq 12.5\text{mm}$. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 3.0\text{mm}$. - Dải công suất: từ -5.0D đến +5.0D; bước nhảy 0.5D hoặc 1.0D. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	1	cái	130
3	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự	- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, 3 tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước hoặc chất liệu hỗn hợp (acrylic kỵ nước và acrylic ngậm nước). - Thiết kế nhiều xạ hoặc nhiều xạ phối hợp khúc xạ. - Công suất bổ sung để nhìn gần: trong khoảng +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung để nhìn trung gian: trong khoảng +1.5D đến +2.5D. - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Bờ vuông 360°.	1	cái	240

[Handwritten signature]

		- Dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D; bước nhảy 0.5D. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.			
4	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự	- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, 2 tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước hoặc chất liệu hỗn hợp (acrylic kỵ nước và acrylic ngâm nước). - Công suất bổ sung để nhìn gần: trong khoảng +3.0D đến +3.75D. - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV. - Bờ vuông 360°. - Dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D; bước nhảy 0.5D. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	1	cái	240



Handwritten signature