

Số: 374/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp

Ngày 19/4/2023, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 281/TB-BVM về việc đề nghị cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik, với các thông tin chính như sau:

Danh mục vật tư y tế đề nghị cung cấp báo giá (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bảng báo giá;
- Catalogue và các tài liệu kỹ thuật liên quan kèm theo (nếu có);
- Giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định;
- Giấy phép đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp báo giá.

Cách thức nộp:

- Báo giá được niêm phong trong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 28/04/2023.

Nay Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng thông báo **gia hạn thời gian cung cấp báo giá đến trước 17h00 ngày 02/6/2023**. Các thông tin khác thực hiện theo Thông báo số 281/TB-BVM ngày 19/4/2023.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: Ds Đức 0935318235 hoặc Ds Hân 0903043000.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, KD, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
MẮT
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Khôi

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số ~~324~~/TB-BVM ngày 23 tháng 5 năm 2023
của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Lưỡi dao tạo vạt giác mạc	- Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ. - Dùng trong phẫu thuật lasik. - Tương thích với máy tạo vạt giác mạc vi thể (microkeratome) Zyoptix XP. - Đóng gói vô trùng.	Cái	260
2	Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc Femtosecond Patient Interface	- Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc, gồm: vòng hút, bơm tiêm, nón tiếp xúc. - Tương thích với hệ thống tạo vạt giác mạc bằng Intralase iFS và Femtosecond Laser.	Bộ	600
3	Miếng test kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt	- Miếng test dùng để kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	240
4	Miếng kiểm tra độ sâu	- Miếng kiểm tra độ sâu của khối tia laser. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	300
5	Miếng kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser	- Miếng test dùng để kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser về phạm vi và độ chính xác. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	20
6	Bình gas sử dụng cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ	- Bình gas Wavelight ARF Premix hoặc tương đương. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Bình	02
7	Găng tay phẫu thuật không bột	- Chất liệu: cao su tự nhiên. - Hàm lượng bột: không bột. - Lốp mặt ngoài trơn mịn và nhám siêu vi. - Độ dày (tính thành găng đơn thuần) $\leq 0,19$ mm (cho phép sai số trong vòng 0,02 mm). - Sử dụng được trong phẫu thuật Lasik. - Đầy đủ các số từ 6 đến 7 ½.	Đôi	1600



		- Đóng gói vô trùng.		
8	Que thấm hút dịch	- Que thấm hút dịch có phần đầu hình tam giác, làm bằng chất liệu PVA (polyvinyl alcohol), không xơ, không sợi, có độ thấm hút tốt, thấm hút nhanh. - Tay cầm bằng nhựa. - Sử dụng được trong các loại phẫu thuật Lasik và khúc xạ. - Đóng gói vô trùng.	Que	4000
9	Kim hút rửa	- Kim hút rửa sử dụng trong phẫu thuật Lasik. - Có 4 lỗ. - Kích thước kim 27G, gấp góc.	Cây	50
10	Ống tạo áp lực hút giác mạc mắt	- Ống nhựa tổng hợp có buồng ổn định lực hút trên giác mạc. - Sử dụng được cho máy tạo vạt giác mạc vi thể Zyoptix XP.	Cái	50

Handwritten signature in blue ink.

Red circular stamp with text "Y N Y G" around the perimeter.