

Số: 374/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp

Ngày 19/4/2023, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 281/TB-BVM về việc đề nghị cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik, với các thông tin chính như sau:

Danh mục vật tư y tế đề nghị cung cấp báo giá (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bảng báo giá;
- Catalogue và các tài liệu kỹ thuật liên quan kèm theo (nếu có);
- Giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định;
- Giấy phép đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp báo giá.

Cách thức nộp:

- Báo giá được niêm phong trong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 28/04/2023.

Nay Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng thông báo **gia hạn thời gian cung cấp báo giá đến trước 17h00 ngày 02/6/2023**. Các thông tin khác thực hiện theo Thông báo số 281/TB-BVM ngày 19/4/2023.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: Ds Đức 0935318235 hoặc Ds Hân 0903043000.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, KD, TMS.

**K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
BỆNH VIỆN
MẮT
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Khôi

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số 374/TB-BVM ngày 23 tháng 5 năm 2023
của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Lưỡi dao tạo vạt giác mạc	<ul style="list-style-type: none">- Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ.- Dùng trong phẫu thuật lasik.- Tương thích với máy tạo vạt giác mạc vi thể (microkeratome) Zyoptix XP.- Đóng gói vô trùng.	Cái	260
2	Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc Femtosecond Patient Interface	<ul style="list-style-type: none">- Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc, gồm: vòng hút, bơm tiêm, nón tiếp xúc.- Tương thích với hệ thống tạo vạt giác mạc bằng Intralase iFS và Femtosecond Laser.	Bộ	600
3	Miếng test kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt	<ul style="list-style-type: none">- Miếng test dùng để kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt.- Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	240
4	Miếng kiểm tra độ sâu	<ul style="list-style-type: none">- Miếng kiểm tra độ sâu của khối tia laser.- Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	300
5	Miếng kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser	<ul style="list-style-type: none">- Miếng test dùng để kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser về phạm vi và độ chính xác.- Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	20
6	Bình gas sử dụng cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ	<ul style="list-style-type: none">- Bình gas Wavelight ARF Premix hoặc tương đương.- Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Bình	02
7	Găng tay phẫu thuật không bột	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: cao su tự nhiên.- Hàm lượng bột: không bột.- Lớp mặt ngoài trơn mịn và nhám siêu vi.- Độ dày (tính thành găng đơn thuần) $\leq 0,19$ mm (cho phép sai số trong vòng 0,02 mm).- Sử dụng được trong phẫu thuật Lasik.- Đầy đủ các số từ 6 đến 7 ½.	Đôi	1600



[Handwritten signature]