

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 326 /TB-BVM

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá: Dịch vụ thẩm định giá Vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik năm 2023 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng kính mời các công ty có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá, cụ thể như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật Lasik (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)
- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm
- Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị tham gia, Báo giá, Hồ sơ năng lực, tiến độ thực hiện công việc.

Báo giá được niêm phong trong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 15/05/2023




Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: Ds Đức 0935318235 hoặc Ds Hân 0903043000

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty. /s/

Nơi nhận: ch

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng website);
- Lưu: VT, KD, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khôi


1
BỆNH VIỆN
MẮT
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
★



DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 326/TB-BVM ngày 05 tháng 05 năm 2023 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

TT	Tên hàng hóa yêu cầu thẩm định giá	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Luỡi dao tạo vạt giác mạc	- Luỡi dao làm bằng thép không rỉ. - Dùng trong phẫu thuật lasik. - Tương thích với máy tạo vạt giác mạc vi thể (microkeratome) Zyoptix XP. - Đóng gói vô trùng.	Cái	260
2	Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc Femtosecond Patient Interface	- Bộ dụng cụ tạo vạt giác mạc, gồm: vòng hút, bơm tiêm, nón tiếp xúc. - Tương thích với hệ thống tạo vạt giác mạc bằng Intralase iFS và Femtosecond Laser.	Bộ	600
3	Miếng test kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt	- Miếng test dùng để kiểm tra chức năng theo dõi chuyển động của mắt. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	240
4	Miếng kiểm tra độ sâu	- Miếng kiểm tra độ sâu của khối tia laser. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	300
5	Miếng kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser	- Miếng test dùng để kiểm tra khả năng quét của khối điều khiển laser về phạm vi và độ chính xác. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Miếng	20
6	Bình gas sử dụng cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ	- Bình gas Wavelight ARF Premix hoặc tương đương. - Sử dụng được cho máy phẫu thuật điều trị tật khúc xạ Excimer EX500.	Bình	02



7	Găng tay phẫu thuật không bột	- Chất liệu: cao su tự nhiên. - Hàm lượng bột: không bột. - Lớp mặt ngoài trơn mịn và nhám siêu vi. - Độ dày (tính thành găng đơn thuần) $\leq 0,19$ mm (cho phép sai số trong vòng 0,02 mm). - Sử dụng được trong phẫu thuật Lasik. - Đầy đủ các số từ 6 đến 7 ½. - Đóng gói vô trùng.	Đôi	1600
8	Que thấm hút dịch	- Que thấm hút dịch có phần đầu hình tam giác, làm bằng chất liệu PVA (polyvinyl alcohol), không xơ, không sợi, có độ thấm hút tốt, thấm hút nhanh. - Tay cầm bằng nhựa. - Sử dụng được trong các loại phẫu thuật Lasik và khúc xạ. - Đóng gói vô trùng.	Que	4000
9	Kim hút rửa	- Kim hút rửa sử dụng trong phẫu thuật Lasik. - Có 4 lỗ. - Kích thước kim 27G, gấp góc.	Cây	50
10	Ống tạo áp lực hút giác mạc mắt	- Ống nhựa tổng hợp có buồng ổn định lực hút trên giác mạc. - Sử dụng được cho máy tạo vạt giác mạc vi thể Zyoptix XP.	Cái	50

BẢN

[Handwritten signature]