

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

DS Phan Thi Minh Hà - Số điện thoại: 070 2761859

Email: khoaduocbvmdn@gmail.com

- Báo giá có thể bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng có trong danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá (*tại Phụ lục 1*).

- Báo giá phải ghi rõ ngày, tháng, năm phát hành báo giá.

- Giá báo giá là của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí khác.

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu đơn vị báo giá (*đóng dấu giáp lai báo giá có từ 02 trang trở lên*).

- Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 03 tháng 7 năm 2026 đến 17h00 ngày 15 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: *Theo Phụ lục 1 đính kèm.*

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan: *theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.*

- Bảng mô tả tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật của hàng hoá báo giá (liên quan với thông số kỹ thuật của hàng hoá yêu cầu báo giá): *theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm.*

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định (nếu hàng hoá báo giá là thiết bị y tế loại B, C, D).

Nếu hàng hoá báo giá là thiết bị y tế loại A: có hồ sơ hoặc tài liệu công bố thiết bị y tế thuộc loại A.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của báo giá và các đơn vị báo giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website BV);
- <https://chaogiattby.t.moh.gov.vn/>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, TXD, TMS1.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 685/TB-BVM ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện
Mắt thành phố Đà Nẵng)

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bình chứa gas C3F8	- Bình gas C3F8 125g dùng cho máy Constellation: perfluoropropane (Octafluoropropane) 99,8% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 100 psig (pound/inch vuông). - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Bình	3
2	Bình chứa gas SF6	- Bình gas SF6 125g dùng cho máy Constellation: sulfur hexafluoride 99,99% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 320 psig (pound/inch vuông). - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Bình	1
3	Cassette dùng trong cắt dịch kính - đầu cắt 23G tương thích máy Constellation	- Đảm bảo vô khuẩn - Gồm: + Đầu cắt dịch kính có đầu vát, kích thước 23G + Dây dẫn sáng nội nhãn 23G + Bộ dao troca có van 23G (trường hợp không có van phải đi kèm đầu bịt) + Các phụ kiện đi kèm + Phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation	Bộ	100
4	Cassette dùng trong cắt dịch kính - đầu cắt 25G tương thích máy Constellation	- Đảm bảo vô khuẩn - Gồm: + Đầu cắt dịch kính có đầu vát, kích thước 25G + Dây dẫn sáng nội nhãn 25G + Bộ dao troca có van 25G (trường hợp không có van phải đi kèm đầu bịt) + Các phụ kiện đi kèm + Phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation	Bộ	30
5	Cassette dùng trong cắt dịch kính và Phaco - đầu cắt 23G tương thích máy Constellation	Cassette phối hợp 23G 10k, đèn thẳng trocar có van cho máy constellation bao gồm: - Đầu cắt dịch kính 23G vát - Cassette/túi đựng nước thải - Đèn nội nhãn 23G - Dây nước tưới 4mm	Bộ	30

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ dao trocar - Hộp đựng dây - Dây nước tưới có van tự động - Ống dây tưới/hút cho phaco - Ống dây đường hút phụ - Bao phủ tiệt trùng - Van 3 ngã - Xilanh 20cc - Buồng thử - Đầu vặn I/A - 2 sleeve, 1 có BSI - Xuất xứ Nhóm nước G7.		
6	Cassette dùng trong cắt dịch kính và Phaco - đầu cắt 25G tương thích máy Constellation	-Cassette phối hợp 25G 10k, đèn thẳng trocar có van cho máy constellation bao gồm: - Đầu cắt dịch kính 25G vát - Cassette/túi đựng nước thải - Đèn nội nhãn 25G - Dây nước tưới 4mm - Bộ dao trocar - Hộp đựng dây - Dây nước tưới có van tự động - Ống dây tưới/hút cho phaco - Ống dây đường hút phụ - Bao phủ tiệt trùng - Van 3 ngã - Xilanh 20cc - Buồng thử - Đầu vặn I/A - 2 sleeve, 1 có BSI	Bộ	10
7	Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Stellaris Elite BL11145	Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Stellaris Elite BL11145, bao gồm: - Cassette áp lực âm và các ống dây. - Buồng test (test chamber). - Sleeve. - Clê (wrench) - Đảm bảo vô khuẩn - Xuất xứ Nhóm nước G7	Bộ	120
8	Cassette tương thích với máy Laureate	Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Laureate, bao gồm:	Cái	72

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bộ ống dây I/A (tưới/hút). - Bầu kiểm tra. - Đảm bảo vô khuẩn.		
9	Đầu cắt dịch kính tương thích với máy Stellaris Elite BL11145	Đầu cắt dịch kính bán phần trước - Kích thước đầu cắt 23G - Tương thích với máy Stellaris Elite BL11145 - Vô khuẩn - Xuất xứ Nhóm nước G7	Cái	48
10	Đầu đốt điện 25G tương thích máy Constellation	- Đầu đốt điện tương thích máy Constellation - Được thiết kế để làm đông mô - Mũi nhọn 30 độ ở đầu tip - Tay cầm thiết kế công thái học. - Xuất xứ nhóm nước G7 và Thụy Sĩ	Cái	10
11	Đầu laser cong linh hoạt, 23G	- Đầu laser cong 23G - Cán thiết kế chống trượt, thuận lợi thao tác - Điểm laser siêu chính xác - Tương thích với máy Constellation - Đóng gói vô trùng - Xuất xứ: EU	Cái	20
12	Đầu laser cong linh hoạt, 25G	- Đầu laser cong 25G - Cán thiết kế chống trượt, thuận lợi thao tác - Điểm laser siêu chính xác - Tương thích với máy Constellation - Đóng gói vô trùng - Xuất xứ: EU	Cái	20
13	Dầu silicon nội nhãn 2000 cSt	- Thành phần: 100% silicone oil (polydimethylsiloxane), độ tinh khiết cao, trong suốt - Độ nhớt: 1.500 - 2.500mPas - Chỉ số khúc xạ: 1.40 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Đóng gói: vô trùng, hộp 1 xylanh thủy tinh 10ml có khóa Luer - Xuất xứ: EU	Lọ/ống	50
14	Dầu silicon nội nhãn 5000 cSt	- Thành phần: 100% silicone oil (polydimethylsiloxane), độ tinh khiết cao, trong suốt - Độ nhớt: 4.500 - 5.500 mPas	Lọ/ống	50

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chỉ số khúc xạ: 1.40 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Đóng gói: vô trùng, hộp 1 xylanh thủy tinh 10ml có khóa Luer - Xuất xứ: EU		
15	Đầu TIP Phaco Constellation buồng dịch kính	- Tương thích tay cầm Phaco Fragmentation Constellation. - Kích cỡ 20G. - Xuất xứ: Nhóm nước G7.	Cái	2
16	Đầu và ống nối bơm Silicone lồng tương thích máy Constellation	- Tương thích máy Constellation, đóng gói vô trùng dùng để bơm vào và rút dầu silicone gồm: - Bộ chuyển đổi xi lanh VFC với đầu RFID - Ống Xi lanh 10 cc, nút chặn xi lanh - Ống thông 20 Gauge - Ống thông 23 Gauge - Ống thông 25 Gauge - Bầu chiết xuất tốc độ cao - Thanh đẩy - Vô trùng dùng 1 lần - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Cái	20
17	Dây đai Silicon 240	- Chất liệu: Silicone, mềm và co giãn - Tương thích sinh học, không độc hại - Không kháng nguyên. - Kích thước 2,5x0,6mm, chiều dài 120mm - Vô trùng - Xuất xứ: EU	Cái	20
18	Dây dẫn laser 23G tương thích máy Constellation	- Đầu Laser thẳng 23gauge tương thích máy Constellation - Định tâm sợi quang cho sự chính xác - Tay cầm bằng nhựa - Có RFID (Radio Frequency Identification Device hay nhận dạng thiết bị bằng tần số Radio) - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Cái	20
19	Dây dẫn laser 25G tương thích máy Constellation	- Đầu Laser thẳng 25 gauge tương thích máy Constellation - Định tâm sợi quang cho sự chính xác - Tay cầm bằng nhựa - Có RFID (Radio Frequency Identification Device hay nhận	Cái	20

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		dạng thiết bị bằng tần số Radio) - Xuất xứ: Nhóm nước G7		
20	Dây nối đầu nối lưỡng cực tương thích máy Constellation	- Dây đốt điện lưỡng cực silicon, tương thích máy Constellation, thiết kế để làm kết tụ mô, đầu đốt mũi nhọn 30 độ. - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Cái	5
21	Ống dẫn lưu thủy dịch tiên phòng có hệ thống valve	- Thiết bị dẫn lưu thủy dịch có hệ thống van tích hợp; đảm bảo vô khuẩn - Chất liệu silicon - Van điều trị glôcôm người lớn: tiết diện bề mặt $\geq 184\text{mm}^2$ - Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc EU	Cái	24
22	Kẹp bóc màng ngăn trong 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc	- Có ≥ 16 đòn bẩy. - Dẫn động xoay tự do 360 độ - Tay cầm bằng polymer - Kích cỡ 25 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng - Vô trùng - Xuất xứ: Nhóm nước G7, Thụy Sĩ	Cái	5
23	Kẹp gấp có đầu nhám 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc	- Có 16 đòn bẩy - Dẫn động xoay tự do 360 độ - Tay cầm bằng polymer - Kích cỡ: 25 gauge - Vô trùng, sử dụng 1 lần - Xuất xứ: Nhóm nước G7, Thụy Sĩ	Cái	5
24	Kim đầu mềm 23G	- Chiều dài đầu mềm 1mm - Kích thước 23G - Kim đầu mềm phù hợp với mọi thủ thuật - Tùy chỉnh cho hiệu suất dòng chảy cao - Dễ dàng đi qua tất cả các hệ thống kim mà không cần cắt chỉnh đầu - Vô trùng - Đóng gói: 5 cái/hộp - Xuất xứ: Nhóm nước G7	Cái	72
25	Kim hút đầu mềm 23G	- Kim hút với đầu mềm $\geq 2.0\text{ mm}$, có thể kết nối với đường hút và tưới máy Constellation - Kích cỡ: 23 G	Cái	20

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Vô trùng, sử dụng 1 lần. - Xuất xứ Nhóm nước G7.		
26	Kim hút đầu mềm 25G	- Kim hút đầu mềm ≥ 2.0 mm, có thể kết nối với đường hút và tưới máy Constellation - Kích cỡ 25G. - Vô trùng, sử dụng 1 lần - Xuất xứ : Nhóm nước G7	Cái	20
27	Kim tiêm số 18	- Chất liệu thép không gỉ, - Cỡ kim 18Gx1½"; - Không có độc tố và chất gây sốt; - Đóng gói và tiệt trùng từng cái	Cái	3.300
28	Kim tiêm số 25	- Chất liệu thép không gỉ; - Cỡ kim 25Gx1"; - Không có độc tố và chất gây sốt; - Đóng gói và tiệt trùng từng cái	Cái	5.100
29	Kim tiêm số 26	- Chất liệu thép không gỉ. - Cỡ kim 26Gx1/2". - Không có độc tố và chất gây sốt. - Đóng gói và tiệt trùng từng cái	Cây	9.800
30	Kim tiêm số 30G	- Chất liệu thép không gỉ; - Cỡ kim 30G x1/2". - Không có độc tố và chất gây sốt - Đóng gói và tiệt trùng từng cái - Xuất xứ: Nhóm nước G7, Châu Âu, Việt Nam.	Cây	100
31	Bơm tiêm nhựa 1ml có kim 26G	Bơm tiêm được làm bằng nhựa dùng trong y tế, có độ pH trung tính, trong suốt, không chứa chất dị ứng và gây sốt, bên ngoài có vạch chia. - Dung tích bơm tiêm: 1ml. - Chất liệu kim tiêm là thép không gỉ, cỡ kim 26G x 1/2". - Sản phẩm đóng gói từng cái, đảm bảo vô trùng. - Xuất xứ: Việt Nam.	Cái	24.000

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
32	Vật liệu cầm máu 7cm x 5cm x 1cm	Chất liệu: gelatin dạng bột xốp Kích thước: 7x5x1cm $\pm 5\%$ Tiệt trùng Tự tiêu hoàn toàn sau thời gian 3-4 tuần Độ phồng sau khi thấm hút tối đa 50 lần	Cái	50
33	Băng keo chỉ thị dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước	- Kích thước: + Chiều rộng: 12 – 24mm + Chiều dài: 50-55m/cuộn	Cuộn	72
34	Gạc dẫn lưu	- Thành phần: vải không dệt hút nước. - Dùng để dẫn lưu, thấm hút dịch, máu. - Kích thước: 0,75cm x 200cm x 4 lớp. - Tiệt trùng từng cái.	Cái	300
35	Giấy điện tim 3 cần	Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim 3 cần Kích thước: 63mm x ≥ 30 m Tương thích trên các máy đo điện tim Nihon Kodan	Cuộn	360
36	Giấy đo khúc xạ	Loại giấy: Giấy in nhiệt - Kích thước: Bề rộng khổ giấy 5,7cm - Đường kính cuộn 45mm - Dùng được cho máy đo khúc xạ kế tự động và máy đo số kính	Cuộn	418
37	Kính áp tròng	• Chất liệu: Fanfilcon A (Silicone Hydrogel) hoặc tương đương. • Hàm lượng nước: $\geq 50\%$ • Tỷ lệ dẫn truyền Oxy: ≥ 100 Dk/t • Khả năng chống tia UV: + Có chống UV +Tối thiểu đạt Class 1 hoặc tương đương • Công suất: -0.50 đến -6.00 DS • Đường kính: $\geq 14,0$ mm • Lịch thay kính: thay mới mỗi tháng	Cái	185
38	Mask thanh quản dùng nhiều lần	Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 nòng đặt sonde dạ dày - Chất liệu: silicon tương thích sinh học, không kích ứng, không latex - Tích hợp ống dẫn lưu dịch dạ dày ra ngoài qua hầu họng,	Cái	15

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		giảm nguy cơ hít sặc - Kích cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; trọng lượng từ <5kg - >70kg - Thẻ tích bóng chèn 4 - 40 ml, tùy cỡ - Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 - 16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong chống cắn và không bị gập gãy tắc nghẽn - Bóng silicon 2 lớp mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ thanh quản vừa kít cổ họng. - Các size 3.0 trở lên có kèm theo stylet - Tiệt trùng		
39	Ống nội khí quản dùng 1 lần có bóng chèn các số	- Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế: - Co nối: màu trắng, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được - Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ giúp tạo độ kín của ống nội khí quản trên khí quản; - Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo việc cắm ống mềm mại và trơn tru - Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. - Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày. - Có đường dẫn quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác. Có mắt (lỗ) Murphy - Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. - Các size số từ 2.0mm đến 10mm (Đường kính bóng: 12mm – 30mm) - Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO	Cái	190
40	Thuốc nhuộm bao	- Thành phần: Trypan blue 0,06%. - Dung tích: $\geq 1\text{ml}$. - Đảm bảo vô khuẩn.	Lọ	1.500
41	Bàn chải rửa tay phẫu thuật	Bàn chải dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật.	Cái	50
42	Dung dịch bôi trơn dụng cụ	- Thành phần: Petroleum Hydrocarbon 5%. - Bảo vệ dụng cụ khỏi vi khuẩn và gỉ sét. - Quy cách: Can ≥ 3.785 lít.	Can	9

ST T	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
43	Dung dịch chống rỉ dụng cụ	- Thành phần: Glycolic acid 8%, Ethoxylated alcohol 5% (Tổng các thành phần dao động từ 12.4% - 13.6%). - Dạng bào chế: Lỏng. - Thể tích đóng gói: Chai 750-1000 ml.	Chai	17
44	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	Thành phần: 14% N,N-Didecyl-NMethyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0.3% Chlorhexidine digluconate, hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase - Làm sạch và khử nhiễm. Thời gian diệt khuẩn, nấm, virus trong vòng 5 phút. - Dung dịch phải đạt tiêu chuẩn: Diệt khuẩn EN 14561, diệt nấm EN 14562, diệt virus EN 17111, diệt vi khuẩn lao EN 14563... - Đóng gói: can ≥ 5 lit - Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc EU	Chai	18
45	Dung dịch Perfluorocarbon Decalin	- Perfluorodecalin C10F18; - Perfluorodecalin $\geq 97\%$; - Perfluorohexacyclobutane $\leq 3\%$; - Độ tinh khiết: FCI DECA $\geq 97.0\%$; - Hình thức: Chất lỏng trong suốt; - Mật độ: 1.93 - 1.95 g/cm³; - Chỉ số khúc xạ: 1.313 - 1.315; - Dung tích sản phẩm ≥ 5ml.	Lọ	3
46	Cassette Phaco tương thích máy Constellation	Cassette phaco dùng cho máy Constellation bao gồm: - Cassette tương thích máy Constellation/túi đựng nước thải - 2 sleeve. - Đảm bảo vô khuẩn Xuất xứ nhóm nước G7.	Bộ	48



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 685 /TB-BVM ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, Model	Mã HS (nếu có)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1											
2											
3											
4											
....											

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày [tối thiểu 90 ngày], kể từ ngày... tháng ... năm ...

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày ... tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3
BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 685 /TB-BVM ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hóa mời chào giá	Tính năng kỹ thuật mời chào giá	Danh mục hàng hóa báo giá	Tính năng kỹ thuật theo báo giá
1				
2				